

OFERTA DE SERVICIOS - LABORATORIO DE HUMEDAD

Servicio de Calibración o Medición			Rango de Medición			Incertidumbre expandida mínima		Patrón de referencia usado en la calibración	
Magnitud	Instrumento	Principio de medición	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unidades	Valor	Unidades	Patrón	Fuente de trazabilidad
<i>Humedad</i>	<i>Psicrómetro</i>	<i>Aspiración</i>	<i>30</i>	<i>70</i>	<i>%</i>	<i>1,5</i>	<i>%</i>	<i>Punto de rocío</i>	<i>SIC (Colombia)</i>
	<i>Higrómetro</i>	<i>Capacitivo</i>	<i>30</i>	<i>70</i>		<i>2</i>			
		<i>Resistivo</i>	<i>30</i>	<i>70</i>		<i>2</i>			
		<i>Filamento</i>	<i>30</i>	<i>70</i>		<i>2,5</i>			