

**OFERTA DE SERVICIOS - LABORATORIO DE PAR TORSIONAL**

Servicio de Calibración o Medición			Rango de Medición			Incertidumbre Expandida		Patrón de Referencia usado en la Calibración	
Magnitud	Instrumento	Método	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unidades	Valor	Unidades	Patrón	Fuente de trazabilidad
Torque	Torcómetro	Norma ISO 6789	± 4	± 200	Nm	± 0,40	%	Transductor de Torque (200 Nm)	PTB
			± 40	± 1 000		± 0,38		Transductor de Torque (1000 Nm)	