

OFERTA DE SERVICIOS - LABORATORIO DE TEMPERATURA

Servicio de Calibración o Medición			Rango de Medición			Incertidumbre Expandida mínima		Patrón de Referencia usado en la Calibración	
Magnitud	Instrumento	Método	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unidades	Valor	Unidades	Patrón	Fuente de trazabilidad
Temperatura	Termómetros de Inmersión y Superficie	Comparación	-55	-35	° C	0,02	° C	SPRT 25,5	PTB
			-35	-15		0,01			
			-15	110		0,005			
			110	125		0,01			
			125	200		0,03			
			200	310		0,05			
			310	440		0,1			
			440	550		0,3			
			550	1100		1			
			1100	1650		2			
	Caracterización de Hornos, Muflas y autoclaves	Caracterización	50	1100		Depende del equipo caracterizado			
	Calibraciones en sitio	Nota: Para la realización de la calibración se debe concertar primero una visita de inspección con el fin de determinar si el Laboratorio posee las facilidades para la ejecución de la misma.							